



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: ZŠ Křižná Valašské Meziříčí – Rekonstrukce učebny chemie včetně pořízení nového vybavení – Laboratorní školní pomůcky
Druh podle předmětu: dodávky
Druh podle finančního limitu: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel v souladu s Výzvou k podání nabídek obdržel dne 30. 1. 2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek.

Chtěla bych se zeptat, mikroskopy nejsou příliš definované, jaký mají být tip. Máte prosím více informací?

Odpověď: Zadavatel s ohledem na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje následující technickou specifikaci:

Žákovský

Hlavice: monokulární, otočná o 360°, úhel vzhledu 45°
Hlava: revolverová pro 3 objektivy
Okuláry: širokoúhlý DIN WF 10×/18 s pevným ukazovátkem
Objektivy: achromatické
Zvětšení objektivů: 4×/0,10, 10×/0,25, S40×/0,65
Standardní zvětšení: s instalovanými objektivy a okuláry, 40×, 100×, 400×
Stolek: pohyblivý s posuvem
Zaostřování: minimálně hrubý zaostřovací systém
Kondenzor: jedno čočkový, disková clona ve spodní části stolku
Osvětlení: LED
Napájení: externí adaptér/nabíječka 100–240 V (CE), možný provoz na akumulátory

Učitel'ský

Hlavice: binokulární
Dioptrická korekce: na levém tubusu, +/-5 D
Okuláry: párové širokoúhlé WH10×/20
Objektivy: párové achromatické v revolverovém nosiči
Zvětšení objektivů: 1×, 2×, 4×, pracovní vzdálenost 60 mm
Standardní zvětšení: s instalovanými objektivy a okuláry, 10×, 20×, 40×, zorné pole 20, 10 a 5 mm
Pracovní stolek: dva párové držáky preparátu, vestavěné LED osvětlení
Stojan: pevné rameno s vestavěným zaostřovacím mechanismem
Zaostřování: minimálně hrubý zaostřovací systém, nastavitelná tuhost chodu
Osvětlení: episkopické: min. 1W LED s plynulou regulací intenzity jasu, diaskopické: min. 1W LED s plynulou regulací intenzity jasu
Napájení: externí adaptér/nabíječka 100–240 V (CE), možný provoz na akumulátory
Senzor: CMOS



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Rozlišení: min. 5 MPix
Barevná hloubka: 24 b
Snímková rychlost: max. 30 FPS
Rozhraní: USB-2

Zadavatel s ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

do 19. 02. 2025 do 10:00 hod.

Ve Valašském Meziříčí 3. 2. 2025