



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

ZŠ Křižná Valašské Meziříčí – Rekonstrukce učebny chemie včetně pořízení nového vybavení – Laboratorní školní pomůcky

Druh podle předmětu:

dodávky

Druh podle finančního limitu:

veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel v souladu s Výzvou k podání nabídek obdržel dne 10. 2. 2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek.

V rámci veřejné zakázky: ZŠ Křižná Valašské Meziříčí – Rekonstrukce učebny chemie včetně pořízení nového vybavení – Laboratorní školní pomůcky Vás žádáme o upřesnění technické specifikace předmětu plnění. Dost položek je momentálně zadáno bez jakéhokoliv parametru a zadavatel není schopen provést transparentní vyhodnocení nabídek. Jedná se především o položky:

Položka 6,7: skleněné nebo plastové

položka 8,9: dělené nebo nedělené pipety

položka 11: nálevka 75 ml asi bylo myšleno průměr 75 mm, plast nebo sklo?

položka 12: není uvedený tvar (hrušková, kulová, válcová)

položka 16: délka kleští (pro školy nejčastěji 30 cm)

položka 17: není uvedený materiál (nerez, plast, porcelán)

položka 18: materiál?

položka 29, 30: úzkohrdlá nebo širokohrdlá

položka 34: chybí specifikace

položka 36: chybí specifikace

položka 39: problematická specifikace uvedená v doplňujících informacích č 1.: pro posuvný stolek není dostupná verze s diskovou clonou a jednočočkovým kondenzorem. Prosíme o zpřesnění požadavku školy, má-li zájem o verzi s:

a) pevným stolem (bez posuvu), diskovou clonou a jednočočkovým kondenzorem (nejlevnější mikroskop)

b) pevným stolem (bez posuvu), irisovou clonou a jednoduchým pevným kondenzorem – často dodáváno na ZŠ

c) posuvným stolem, irisovou clonou a zaostřitelným kondenzorem (nejdražší)

položka 41: minimálně alespoň specifikovat zvětšení

položka 42: rozsah?

položka 47: chybí specifikace, dodává se v několika provedeních

položka 48: jaký stojan /výška/ jaké příslušenství?

položka 51: velikost

položka 53: chybí jakákoliv specifikace

položka 56 - 58: chybí specifikace položka 61: chybí specifikace

položka 62-65: chybí bližší specifikace

Odpověď: Zadavatel s ohledem na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje následující vysvětlení:

Technickou specifikaci předmětu plnění obsahuje technická zpráva, která je součástí Přílohy č. 1 konkrétně od str. 29.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pro položku č. 39 zadavatel požaduje verzi s pevným stolem (bez posuvu), irisovou clonou a jednoduchým pevným kondenzorem.

Ve Valašském Meziříčí 12. 2. 2025